

附件：

实验室安全检查隐患清单

校区	学院/单位	楼号	房间号	待整改项
西城	建筑学院	教4	122	1. 堆放大量废纸、废纸箱、废机箱
	建筑学院	教4	114/116	1. 纸箱堆积，存在羽毛球拍等生活用品
	建筑学院	教4	101	1. 插线板未清理、废纸箱堆积 2. 重要设备的操作规程未张贴
大兴	土木学院	地下工程	303/304	1. 气瓶无标识且未固定
	土木学院	学E	下沉广场	1. 楼外储物柜未上锁，实验材料易丢失
	环能学院	雨水楼	202、204	1. 屋顶漏水需维修
	环能学院	学B	413	1. 气瓶未固定 2. 新购买的危化品未入库 3. 废液无标签、未集中存放
	环能学院	学B	420	1. 实验台架存放危化品 2. 破碎的量筒仍在使用 3. 环境杂乱
	电信学院	学D	206/208	1. 观察窗遮挡 2. 接线板需更换 3. 杂物遮挡部分消防通道
	电信学院	学D	531	1. 废纸箱堆积 2. 机柜内插线板需更换为 PDU 插线板
	经管学院	学A	311	1. 杂物堆放需清理
	机电学院	学C	305	1. 设备挡住部分消防通道
	机电学院	学C	408	1. 消防通道堵塞 2. 地面电线盖板损坏
	人文学院	基础A	408	1. 废纸箱堆积待清理 2. 墙角堆放杂物
	人文学院	基础A	419	1. 机柜上屋顶漏水需维修
	人文学院	基础A	435	1. 配电箱门关不严、走线较乱
	理学院	基础C	133	1. 线槽应稳固并应布置防护设施，建议设置警示线
	工程中心	金工楼	123	1. 设备缺少安全标识 2. 处理废乙醇