

# 实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2021〕第22期，总第28期

检查时间：2021年9月26日—30日

检查范围：土木学院、环能学院

检查内容：危化品安全专项检查

检查工作人员：刘蔚、焦驰宇、王梦、赵子彦、付礼程

土木学院、环能学院：

根据市公安局、市教委近期对加强危化品管理的要求，为保障国庆期间校园安全，国资处、保卫处于9月26日至30日对涉及使用危化品的实验室进行安全检查。检查围绕危化品的采购、存储、使用、处置等环节展开。检查发现，部分实验室在危化品管理过程中仍存在较大安全隐患，如台账不清晰、禁忌物混存、学生保管钥匙等情况。特此通报如下，并将在近期进行复查。请相关单位立整立改，加强对危化品的安全管控。


国有资产与实验室管理处

2021年9月30日

表 1:

## 实验室安全检查记录

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改要求	复查时间	隐患照片
1	大兴	环能	学 B	424	实验垃圾未单独 区分收集	立即整改	2021.10.4	
2	大兴	环能	学 B	413	废液桶未贴危险废物 标签, 废液暂存区未划 定警示带、警示标识	立即整改	2021.10.4	
3	大兴	环能	学 B	413	危化品未上锁、学生拿 双人双锁钥匙	立即整改	2021.10.4	
4	大兴	环能	学 B	405	不明液体 3 桶 未贴标签	立即整改	2021.10.4	
5	大兴	环能	学 B	405	环境杂乱、 卫生条件差	立即整改	2021.10.4	
6	大兴	环能	学 B	405	存有非标插线板	立即整改	2021.10.4	
7	大兴	环能	学 B	426	部分科研用危化品未 在学院登记出入库信 息、存在部分药物混存 现象	立即整改	2021.10.4	
8	大兴	环能	雨水楼	206	危化品台账不清晰	立即整改	2021.10.4	
9	大兴	环能	雨水楼	1 楼楼 梯口	实验垃圾未单独区分 收集	立即整改	2021.10.4	
10	大兴	土木	学 F 东 侧楼	206	试剂标签不规范	立即整改	2021.10.4	

11	大兴	土木	学F东侧楼	306	停用气瓶未泄压	立即整改	2021.10.4	
12	西城	环能	实验2	409	气瓶未张贴状态标识; 距暖气管过近; 建议使用 专用气瓶架固定	立即整改	2021.10.4	