

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2022〕第3期，总第35期

检查时间：2022年6月3日至7日

检查范围：土木学院、环能学院、机电学院、电信学院、经管学院、
测绘学院、人文学院、理学院、工程中心

检查内容：实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪
器设备规范操作等

检查人员：焦驰宇、赵子彦、郭婕

各二级单位：

为切实保障校区封控期间实验室安全运行，6月3日至7日，国资处对大兴校区84间实验室进行安全检查，重点检查了实验室安全检查台账、化学品台账、气瓶安全、消防安全、用电安全等内容。现将检查情况进行通报（详见表1），请相关二级单位及时完成隐患整改，全面排查安全隐患，严格落实安全生产责任，主动防范化解安全风险。

国有资产与实验室管理处

2022年6月9日

表 1:

实验室安全检查记录

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片	检查项目	检查子项目
1	大兴	环能	雨水楼	大厅	垃圾未及时清理		实验场所	卫生与日常管理
2	大兴	环能	学 B	B120	检查记录不完整, 缺少夜间检查记录		安全检查	安全检查
3	大兴	环能	学 B	411	气瓶未泄压		气瓶安全	实验气体管理
4	大兴	环能	学 B	420	危化品柜未贴药品清单		化学安全	实验室化学品存放
5	大兴	土木	学 E	B116	空调应使用专用插座		基础安全	用水用电基础安全
7	大兴	土木	学 E	403	钥匙未拔且室内无人		实验场所	安全意识