

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2022〕第6期，总第38期

检查时间：2022年8月9日

检查范围：土木学院、环能学院、测绘学院、机电学院

检查内容：实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作等

检查人员：赵子彦、郭婕

各二级单位：

为切实保障校区疫情防控期间实验室安全运行，营造安全有效、秩序良好的实验室环境，8月9日，国资处对两校区开放实验室进行安全检查，重点检查了实验室安全检查台账、化学品台账、气瓶安全、消防安全、用电安全等内容。现针对检查发现2项重点问题提出整改建议并对13间实验室安全隐患进行通报，请相关二级单位及时完成隐患整改。

一、共性问题整改建议

序号	隐患类别	重点问题	整改建议
1	安全检查	夜间运行实验室申请过期	<ol style="list-style-type: none">1. 若夜间运行实验室申请已过期，请及时摘除实验室门上《夜间运行实验室申请单》2. 凡夜间运行实验室，请以学院为单位及时报国资处备案，并将《夜间运行实验室申请单》张贴于实验室门上。

2	用水用电基础安全	用电不规范	请各单位对假期开放实验室开展实验室用电安全专项自查自纠工作， 对有能力自行整改的隐患立行立改，对确实难以解决的问题报国资处。 （详见《关于实验室安全共性问题集中整改的通知》（国资字〔2022〕22号））	
---	----------	-------	--	--

二、实验室安全检查记录

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片	检查项目	检查子项目
1	大兴	土木	岩土楼	101	电线绝缘层损坏	 	基础安全	用水用电基础安全
2	大兴	土木	建材楼	403	未申请假期开放实验室		安全检查	安全检查
					未登记人员进出		安全检查	安全检查
					冰箱内试剂未封口		特种设备与常规冷热设备	加热及制冷装置管理

3	大兴	环能	学 B	B107	电线接头绝缘层损坏		基础安全	用水用电 基础安全
					烘箱高温运行，无人值守		特种设备 与常规冷 热设备	加热及制 冷装置管 理
					夜间运行实验室申请过期		实验场所	安全责任 和安全意 识
					无实验室值班记录		安全检查	安全检查
					房间门锁损坏		实验场所	场所环境
4	大兴	环能	学 B	335	仪器插头与电源接触不实		基础安全	用水用电 基础安全
					试剂无标签		化学安全	实验室化 学品存放
					烘箱使用接线板		基础安全	用水用电 基础安全
					针头等利器需单独收集		化学安全	化学废弃 物处置管 理

5	大兴	环能	学 B	374	废液无托盘、标识		化学安全	化学废弃物处置管理
6	大兴	测绘	学 F	424	未登记人员进出		安全检查	安全检查
7	大兴	测绘	学 F	110 106 424	夜间运行实验室申请过期		实验场所	安全责任和 安全意识
8	大兴	测绘	学 F	216 220 113	多处插线板串接 (需电改)		基础安全	用水用电 基础安全

9	大兴	测绘	学 F	213	遮挡观察窗		实验场所	场所环境
---	----	----	-----	-----	-------	--	------	------

国有资产与实验室管理处

2022年8月11日