

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2023〕第1期，总第44期

检查时间：2023年1月10日至11日

检查范围：土木学院、环能学院、电信学院、测绘学院、机电学院、中法能源中心

检查内容：实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作、登记台账管理等

检查人员：焦驰宇、赵子彦

各二级单位：

为保障学校寒假期间实验室安全稳定运行，营造良好实验室环境，1月10日至11日，国资处对两校区寒假期间开放实验室进行安全检查。本次安全检查主要从实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作、登记台账管理等方面开展。现对6项新增安全隐患进行通报（详见附件），请相关二级单位及时完成隐患整改。

附件：实验室安全检查主要问题隐患

国有资产与实验室管理处

2023年1月11日

附件：

实验室安全检查主要问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	大兴	土木	建材楼	403	非防爆冰箱存放危化品（苯乙烯）且未上锁	整改中	
2	大兴	土木	学 E	B118	灭火器过期	整改中	
3	大兴	环能	雨水楼	降雨大厅	未关门，猫进入实验大厅	整改中	
4	大兴	环能	学 B	339	插线板与水源距离过近	已整改	
5	大兴	环能	学 B	420	危化品（氯化镉）与普通化学品混存	整改中	
6	西城	中法能源中心	实验 2 号楼	123	环境杂乱需及时清理废弃纸箱	整改中	