

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2023〕第3期，总第46期

检查时间：2023年3月29日-3月30日

检查范围：土木学院、环能学院、电信学院、经管学院、测绘学院、机电学院

检查内容：实验室室内环境、化学安全、用电安全、仪器设备规范操作等

检查人员：焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位：

为切实保障学校实验室安全稳定运行，营造良好实验室环境，3月29日-3月30日，国资处对两校区实验室进行安全检查及危化品专项检查，并对以往检查发现的14项安全隐患整改情况进行复查。本次安全检查主要从实验室室内环境、化学安全、用电安全、仪器设备规范操作等方面开展。现对9项新增安全隐患及2项往期未整改安全隐患进行通报（详见附件），请相关二级单位及时完成隐患整改。

附件：实验室安全检查主要问题隐患



国有资产与实验室管理处

2023年3月31日



附件：

实验室安全检查主要问题隐患

一、新增隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	西城	环能	实验 2	305	矿泉水瓶盛装液体（汞），原包装未撕掉	整改中	
2	大兴	环能	学 B	一层	洗眼装置未及时进行维护（应每月启动一次阀门进行维护）	整改中	

3	大兴	环能	学 B	132	气瓶未泄压	整改中	
4	大兴	环能	学 B	136	危化品管理不规范 (药品负责人未签字)	整改中	
5	大兴	环能	学 B	336	药品无标签	整改中	
6	大兴	环能	学 B	492	化学品柜未张贴药品清单	整改中	

7	大兴	土木	建材楼	403	<ol style="list-style-type: none"> 1. 实验区存放饮用水 2. 危化品正磷酸未入柜 3. 危化品乙醇未登记入柜 4. 危化品乙醇领用未登记 5. 危废存放不规范 	整改中	
8	大兴	土木	建材楼	404	实验区存放饮用水	整改中	

9	大兴	土木	建材楼	405	实验区存放饮料	整改中	
---	----	----	-----	-----	---------	-----	---

二、往期未整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	大兴	电信	学D	303	观察窗遮挡	未整改	
2	大兴	电信	学D	318	观察窗遮挡	未整改	