

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2023〕第6期，总第49期

检查时间：2023年6月25日—6月29日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、电信学院、经管学院、测绘学院、机电学院、理学院

检查内容：实验室室内环境、化学安全、用电安全、仪器设备规范操作等

检查人员：焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位：

为保障学校实验室安全稳定运行，营造良好实验室环境，6月25日至29日，国资处对两校区实验室进行了安全检查，并对以往检查发现的9项安全隐患整改情况进行复查。本次安全检查主要从实验室室内环境、化学安全、用电安全等方面开展。现对12项新增安全隐患及1项往期未整改安全隐患进行通报（详见附件），请相关二级单位及时完成隐患整改。

近期各单位开展室外实习较多，请各单位督促师生做好个人防护，按要求穿戴好反光背心、安全帽、实验服等，务必做好防暑降温措施，切实做好相关管理工作。

附件：实验室安全检查主要问题隐患



国有资产与实验室管理处

2023年6月29日

附件：



实验室安全检查主要问题隐患

一、新增隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	西城	土木	实验甲1号楼	101	遮挡消防栓	整改中	
2	西城	环能	实验甲2号楼	102	1、遮挡观察窗 2、使用灭火器遮挡门 3、冰箱内存放啤酒	整改中	

3	西城	环能	实验 2 号楼	312	饮料瓶盛装试剂，标签不规范	整改中	
4	西城	机电	实验 4 号楼	106	1、插线板串接 2、自制设备接电不规范，电线裸露	整改中	
5	大兴	土木	建材楼	403	1. 烘箱上放置易燃物 2. 危化品乙醇领用未登记 3. 危化品乙醇未入柜储存	整改中	  

6	大兴	土木	建材楼	404	试剂无标签	整改中	
7	大兴	环能	学 B	B122	1、未撕掉盛装试剂饮料瓶标签 2、冰箱内试剂瓶无有效标识 3、遮挡疏散通道	整改中	
8	大兴	环能	学 B	132	未按规定将针头放入利器盒	整改中	
9	大兴	环能	学 B	387	夜间运行实验室申请单已过期	整改中	

10	大兴	电信	学 D	301 303	观察窗遮挡	整改中	
11	大兴	电信	学 D	113 115	遮挡监控	整改中	
12	大兴	理学院	基 C	105	1. 危化品与非危化品混放 2. 危化品柜未上锁，未张贴危化品清单	整改中	

二、往期未整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	大兴	电信	学 D	318 320	观察窗遮挡	整改中	