

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2023〕第7期，总第50期

检查时间：2023年7月13日

检查范围：土木学院、环能学院、电信学院、经管学院、测绘学院、机电学院、理学院、工程中心

检查内容：实验室室内环境、化学安全、用电安全等

检查人员：焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位：

为保障学校实验室安全稳定运行，7月13日，国资处对大兴校区实验室进行了安全检查，并对以往检查发现的8项安全隐患整改情况进行复查。本次安全检查主要从实验室室内环境、化学安全、用电安全等方面开展。现对12项新增安全隐患及2项往期未整改安全隐患进行通报（详见附件），请相关二级单位及时完成隐患整改。

请各单位加强对假期开放实验室的巡查，督促实验人员做好个人防护；实验结束后及时关闭水、电、气源和门窗，保持实验室整洁；进行风险较大的实验时，必须2人以上在场；值班人员要做好值班记录。

附件：实验室安全检查主要问题隐患


国有资产与实验室管理处

2023年7月16日

附件：

实验室安全检查主要问题隐患

一、新增隐患


序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	大兴	土木	学 E	B120 124	假期运行未报备	整改中	
2	大兴	土木	学 F 东侧楼	403、404、405	假期运行未报备	整改中	
3	大兴	环能	学 B	424	实验过程中未穿实验服	已整改	
4	大兴	电信	学 D	304、318 320	假期运行未报备	整改中	
5	大兴	环能	学 B	427 429	缺少氧气浓度报警器	整改中	
6	大兴	环能	学 B	411 413	碎玻璃和软性实验垃圾混放	整改中	

7	大兴	环能	学 B	380	高压灭菌锅使用记录登记不及时	整改中	
8	大兴	环能	学 B	335 337	实验台脏乱且摆放有碎量筒、空试剂瓶等危废	整改中	

9	大兴	土木	岩土楼	103 104	插线板串接	整改中	
10	大兴	工程中心	金工楼	406	插线板串接	整改中	

11	大兴	工程中心	金工楼	406	使用可燃性蚊香	整改中	
12	大兴	土木	学 F 东侧楼	403	样品无标签，矿泉水瓶未撕掉原包装	整改中	

二、往期未整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	大兴	电信	学 D	113 115	遮挡监控	整改中	
2	大兴	理学院	基 C	105	1. 危化品与非危化品混放 2. 危化品柜未上锁，未张贴 危化品清单	整改中	