

# 实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2023〕第8期，总第51期

**检查时间：**2023年7月18日至23日

**检查范围：**土木学院、环能学院、电信学院、经管学院、测绘学院、机电学院、理学院、工程中心

**检查内容：**实验室室内环境、化学安全、用电安全、仪器设备规范操作等

**检查人员：**焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位：

为保障学校实验室安全稳定运行，营造良好实验室环境，7月18日至23日，国资处对两校区实验室进行了安全检查，并对以往检查发现的14项安全隐患整改情况进行复查。本次安全检查主要从实验室室内环境、化学安全、用电安全等方面开展。现对4项新增安全隐患及3项往期末整改安全隐患进行通报（详见附件），请相关二级单位及时完成隐患整改。

**经现场检查，部分学生开展实验中未穿实验服。请各单位督促师生假期开展实验时做好个人防护，按要求穿戴好安全帽、实验服等。**

附件：实验室安全检查主要问题隐患

国有资产与实验室管理处

2023年7月27日

附件：

## 实验室安全检查主要问题隐患

### 一、新增隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	西城	环能学院	实验甲 2	102	1、冰箱内存放食物 2、遮挡观察窗（往期未整改）	整改中	
2	西城	机电学院	实验 4 号楼	106	插线板串接	整改中	

3	大兴	土木	学E	东4	环境杂乱	整改中	
4	大兴	工程中心	金工楼	317	插线板串接	已整改	

## 二、往期未整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	大兴	土木	学F 东侧楼	403	假期运行未报备	整改中	
2	大兴	电信	学D	318 320	假期运行未报备	整改中	
3	大兴	土木	学F 东侧楼	403	样品无标签，矿泉水瓶未撕掉原包装	整改中	

大兴校区土木学院学F 东侧楼 404、405，岩土楼 103|104，环能学院学B 楼 427|429，工程中心金工楼 406，电信学院学D 楼 113|115 房间待复查。