

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2023〕第9期，总第52期

检查时间：2023年7月24日至29日

检查范围：土木学院、环能学院、电信学院、测绘学院、机电学院、理学院、工程中心

检查内容：实验室室内环境、化学安全、用电安全、仪器设备规范操作等

检查人员：焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位：

为保障学校实验室安全稳定运行，营造良好实验室环境，7月24日至29日，国资处对部分暑期开放实验室进行了安全检查，并对以往检查发现的安全隐患整改情况进行复查。本次安全检查主要从实验室室内环境、化学安全、用电安全等方面开展。现对18项新增安全隐患及5项往期未整改安全隐患进行通报（详见附件），请相关二级单位及时完成隐患整改。

经现场检查，仍有部分学生开展实验中未穿实验服。请各单位督促师生假期开展实验时做好个人防护，按要求穿戴好安全帽、实验服等。

附件：实验室安全检查主要问题隐患



国有资产与实验室管理处

2023年8月1日

附件：

实验室安全检查主要问题隐患

一、新增隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	大兴	环能	学院楼 B 座	150	危险化学品未放入危化品柜	整改中	
2	大兴	环能	雨水楼	105	1、插座电线裸露 2、矿泉水瓶未撕掉原包装	整改中	

3	大兴	环能	雨水楼	205	未按规定安装气瓶帽	整改中	
4	大兴	环能	雨水楼	207	实验室人员未穿着实验服	整改中	
5	大兴	环能	雨水楼	302	应急药品过期	整改中	
6	大兴	环能	基础楼 A 座	202	1、假期开放实验室未备案 2、使用非标插线板	整改中	



7	大兴	测绘	学院楼 F 座	219	1、假期开放实验室未备案 2、插线板串接	整改中	
8	大兴	测绘	学院楼 F 座	202	假期开放实验室未备案	整改中	
9	大兴	土木	建材楼	101	实验人员未穿实验服	整改中	
10	大兴	土木	建材楼	305	假期开放实验室未备案	整改中	
11	大兴	土木	建材楼	308	假期开放实验室未备案	整改中	

12	大兴	土木	建材楼	403	<p>1、危险化学品未按规定存放放入危化品柜</p> <p>2、固体废物未按规定放入危废桶内</p>	整改中	
13	大兴	土木	建材楼东侧		施工人员未佩戴安全帽	整改中	
14	大兴	土木	振动台	振动台	施工人员未佩戴安全帽	整改中	
15	大兴	电信	学院楼 D 座	318	插线板串接	整改中	

16	大兴	机电	学院楼 C 座	122	插线板串接	整改中	
17	大兴	机电	学院楼 C 座	110	使用非标插线板	整改中	
18	大兴	理学院	基础楼 A 座	105	使用非标插线板	整改中	

二、往期隐患复查情况

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
----	----	----	----	-----	----	------	------

1	大兴	土木	建材楼	403	1、假期开放实验室未备案 2、样品无标签，矿泉水瓶未撕掉原包装	未整改	
2	大兴	土木	建材楼	405	假期开放实验室未备案	未整改	
3	大兴	电信	学院楼 D 座	318	假期开放实验室未备案	未整改	

4	大兴	电信	学院楼 D 座	113	遮挡监控	未整改	
5	大兴	工程中心	金工楼	317	插线板串接	未整改	

西城校区实验甲 2 号楼 102、实验 4 号楼 106 以及大兴校区建材楼 404、岩土楼 103|104、环能学院学 B 楼 427|429、工程中心金工楼 406 房间待复查。