

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2023〕第13期，总第56期

检查时间：2023年10月16日

检查范围：环能学院、电信学院、经管学院、机电学院、理学院

检查内容：实验室室内环境、化学安全、用电安全、仪器设备规范操作等

检查人员：焦驰宇、赵子彦、郭婕

各二级单位：

按照近期公安部门对危险化学品“四停一封”严格管控的具体要求，国资处近期专门下发了《关于严格落实实验室危险品安全管控工作的通知》（国资字〔2023〕30号）。

10月16日，国资处对大兴校区实验室开展了危化品专项检查。本次专项检查共发现12项安全隐患，并对环能学院4间未落实危化品管控要求的实验室予以查封。现对12项新增安全隐患进行通报（详见附件），请相关学院认真落实上级文件精神，切实履行主体责任，尽快整改安全隐患。

附件：实验室安全检查主要问题隐患



国有资产与实验室管理处

2023年10月17日

附件：



实验室安全检查主要问题隐患

一、新增隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	大兴	环能	学 B	331	管制类危化品、非管制类危化品未入柜保存	已查封 整改中	
2	大兴	环能	学 B	337	管制类危化品、非管制类危化品未入柜保存	已查封 整改中	

3	大兴	环能	学 B	492	废液桶未贴标签	整改中	
4	大兴	环能	学 B	475	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管制类危化品、非管制类危化品未入柜保存 2. 废液桶未贴标签 3. 插线板串接 	已查封 整改中	   
5	大兴	环能	学 B	476	遮挡消防通道	整改中	

6	大兴	环能	学 B	420	废液桶未贴标签	整改中	
7	大兴	环能	学 B	405	气瓶未固定	整改中	
8	大兴	环能	学 B	132	<ol style="list-style-type: none"> 1. 废液桶未贴标签 2. 烘箱未使用专用插座 	整改中	 
9	大兴	环能	雨水楼	105	管制类危化品未入柜保存	已查封 整改中	

10	大兴	环能	雨水楼	413	烘箱未使用专用插座	整改中	
11	大兴	机电	学 C	110	环境杂乱	整改中	
12	大兴	机电	学 C	112	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遮挡消防通道 2. 插线板串接 	整改中	