

实验室安全检查通报

国有资产与实验室管理处
北京建筑大学 教务处
科学技术发展研究院

〔2023〕第16期，总第59期

检查时间：2023年12月26日至29日

检查范围：建筑学院、土木学院、测绘学院、理学院、人文学院、工程中心、中法能源中心

检查内容：实验项目风险评估、实验室室内环境、化学安全、用电安全、仪器设备规范操作等

检查人员：焦驰宇、马晓轩、王万鹏、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位：

为切实保障学校实验室安全稳定运行，营造良好实验室环境，12月26日至29日，国资处联合教务处、科发院对两校区实验室进行了安全检查，并对以往检查发现的所有安全隐患整改情况进行了复查。本次安全检查主要从实验项目安全风险评估、实验室室内环境、化学安全、用电安全等方面开展。现对9项新增安全隐患进行通报（详见附件），请相关二级单位及时完成隐患整改。

附件：实验室安全检查主要问题隐患



国有资产与实验室管理处

2023年12月29日

附件：

实验室安全检查主要问题隐患

一、新增隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	西城	建筑	实验 7	实验 7	烘箱插座需有效固定，电箱内线缆破损	整改中	
2	西城	建筑	实验 7	实验 7	屋顶和排风扇漏雨	已上报物业	

3	大兴	土木	岩土楼	312 313	风险等级应改为二级 (使用烘箱)	整改中	
4	大兴	土木	建材楼	403	缺少危废储存区标识, 废液桶标签不规范	整改中	
5	大兴	土木	建材楼	404	危废标识需更新为新规范版本, 废液桶标签不规范	整改中	
6	大兴	环能	雨水楼	208	实验人员未做实验项目风险评估	暂停实验 整改中	
7	大兴	环能	学 B	420	废液叠放	整改中	

8	大兴	环能	学 B	424	危废标识需更新为新规范版本	整改中	
9	大兴	环能	学 B	343 345	需及时清理破碎烧杯	整改中	