

# 实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2024〕第7期，总第66期

**检查时间：**2024年3月27日至29日

**检查范围：**建筑学院、土木学院、环能学院、电信学院、测绘学院、机电学院、理学院、中法能源中心

**检查内容：**实验项目安全风险评估、实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作、登记台账管理等

**检查人员：**焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位：

为保障学校实验室安全稳定运行，营造良好实验室环境，3月27日至29日，国资处对两校区实验室进行了安全检查，本次安全检查主要从实验项目安全风险评估、实验室室内环境、化学安全等方面开展。现对13项新增安全隐患进行通报（详见附件），请相关二级单位及时完成隐患整改。主要问题隐患详见附件。

附件：实验室安全检查主要问题隐患

国有资产与实验室管理处

2024年3月29日

附件

## 实验室安全检查主要问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	西城	环能	实验 2	314	1.实验室储存危化品未报备 2.危化品未上锁储存	整改中	 
2	大兴	土木	建材楼	403	危化品未上锁储存	整改中	
3	大兴	土木	学 E	209 211	使用非标插线板	整改中	

4	大兴	土木	学 E	B108 110	堆放杂物	整改中	
5	大兴	环能	学 B	477	1.线路破损 2.墙插脱落	整改中	
6	大兴	环能	学 B	383 385	1.冰箱内试剂瓶破损 2.废液桶无标签 3.应急喷淋无检查记录	整改中	
7	大兴	环能	学 B	374	1.危化品未上锁储存 2.异丙醇分类错误 3.未张贴危废标识	整改中	

8	大兴	环能	学 B	373	1.四级实验室储存危险化学品 2.危化品未上锁储存	整改中	
9	大兴	环能	学 B	408	药品柜未张贴化学品明细清单	整改中	
10	大兴	环能	学 B	428 430	危化品未上锁储存	整改中	
11	大兴	环能	雨水楼	207	危险废物标识需更新	整改中	

12	大兴	环能	雨水楼	206	未张贴药品柜负责人	整改中	
13	大兴	电信	学 D	318 320	1.使用非标插线板 2.实验室堆放杂物	整改中	